

ด่วนที่สุด
ที่ สธ ๐๒๓๓.๐๔/ ๒๕๖๔



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๔ ถนนอธิปัตย์ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งผลการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม (Motor Suction)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๘

อ้างถึงหนังสือที่ มกพ. ๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง มูลนิธิกรมการแพทย์ แจ้งผลอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม Motor Suction จำนวน ๕๖ เครื่อง ในวงเงิน ๓,๒๔๘,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้จัดสรร เครื่อง Motor Suction ให้แก่ โรงพยาบาลชุมชน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเมษฐ์ กิ่งโก้)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

โทร. ๐๔๒-๒๑๙๒๐๗ ต่อ ๓๑๖

โทรสาร ๐๔๒-๒๑๙๒๐๙

ผู้ประสานงาน นางสาวรัชชดา สุขผึ้ง โทร. ๐๘๑-๗๐๘๔๙๘๖

สำนักงานพัฒนาการแพทย์บริการสุขภาพ
เลขที่..... A3
วันที่..... 14 ม.ค. 2564
เวลา..... 12.29
ที่ มกพ. ๐๐๔ / ๒๕๖๔



สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
เลขรับ..... 154
วันที่..... 12 ม.ค. 2564
เวลา..... 11.21

มูลนิธิกรมการแพทย์
อาคารกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
๘๘/๒๓ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม (Motor Suction)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

ตามหนังสืองานพัสดุ มูลนิธิกรมการแพทย์ ที่ มกพ.๒๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม Motor Suction จำนวน ๕๖ เครื่อง ในวงเงิน ๓,๒๔๘,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) คณะกรรมการสืบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานเขตสุขภาพและหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ มูลนิธิกรมการแพทย์ จึงขออนุญาตขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม และวัสดุการแพทย์ ด้านทันตกรรม ตามโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล (Healthcare Facilities Preparedness) ในการรับมือ COVID-19 ของหน่วยงานเขตสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)

คณะกรรมการมูลนิธิกรมการแพทย์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลฯ

เรียน ผอ.ก-เขตฯ ๘

- ยุกต์วิกรมการแพทย์
- ใบบริเวณกรมการแพทย์ (Motor Suction) ในอีก ๓ ๘
- จำนวน 56 เครื่อง
- ยุกต์วิกรมการแพทย์ เริ่มส่งมอบอุปกรณ์ไป ๑๒
- ๘๘๘ / ๒๘๘ / ๒๕๖๓ ทุกเครื่องคิดแล้ว
- เสร็จตาม + มีงบฯ

งัด

15 ม.ค. 64

งานเลขามูลนิธิกรมการแพทย์
โทร ๐ ๒๕๕๐ ๖๓๕๕ โทรสาร ๐ ๒๕๖๕ ๘๘๕๑

ชอบ

- ลงนัด
- ดำเนินการ
- แจ้ง
- มอบ.....

(นายปรเมษฐ์ กิ่งไก่อ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานพัสดุ มูลนิธิกรมการแพทย์ อาคารกรมการแพทย์ กรมการแพทย์ โทร.๐ ๒๕๕๐ ๖๒๐๘

ที่ มกพ.๖๗๔ /๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ และวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

เรียน ประธานคณะกรรมการมูลนิธิกรมการแพทย์

ตามหนังสือมูลนิธิกรมการแพทย์ ที่ มกพ. ๐๙๗.๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ งานเลขานุการมูลนิธิกรมการแพทย์ ขอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุง ของหน่วยงานเขตสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล (Healthcare Facilities Preparedness) โดยกรอบวงเงินที่ได้รับการอนุมัติเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๖๘๐,๔๓๖ บาท (หกสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสามสิบลบาทถ้วน) ด้วยเงินมูลนิธิกรมการแพทย์ จากเงินสนับสนุนขององค์การอนามัยโลก (WHO) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

ในการนี้ งานพัสดุ มูลนิธิกรมการแพทย์ ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ และวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ค้ำหัวกรอเร็ว (high Speed handpiece Quick Connect Type) ระบบ self-generating LED | จำนวน ๖๖ เครื่อง |
| ๒. ค้ำกรอฟันที่มีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับของสิ่งสกปรก | จำนวน ๓๐ เครื่อง |
| ๓. เครื่องดูดละอองนอกช่องปาก | จำนวน ๑๔ เครื่อง |
| ๔. เครื่องดูดน้ำลายนอกช่องปาก | จำนวน ๖ เครื่อง |
| ๕. เครื่อง Diode Laser สำหรับทันตกรรม | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๖. เครื่อง Implant surgery ชนิด LED | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๗. Motor suction | จำนวน ๗๖ เครื่อง |

วัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ๑. High power suction tip พลาสติก | จำนวน ๑๕ ชิ้น |
|-----------------------------------|---------------|

รายละเอียดรายการครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ และวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิกรมการแพทย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ และวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๑.๑ นางสาวสุมนา โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประธานกรรมการสถาบันทันตกรรม


๑.๒ นางสาวรัชนี เกศสุวรรณรักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการสถาบันทันตกรรม

๑.๓ นายสุทธิศักดิ์ สุทธิบุตร นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการกองบริหารการคลัง

๒. คณะกรรมการสืบราคา กรณีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป จำนวน ๓ ท่าน ประกอบด้วย

๒.๑ นางสาวสุมนา โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ประธานกรรมการสถาบันทันตกรรม

/๒.๒ นางสาวรัชนี...



- ๒.๒ นางสาวรัตมี เกศสุวรรณรักษ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สถาบันทันตกรรม กรรมการ
- ๒.๓ นายสุทธิศักดิ์ สุทธิบุตร นักวิชาการพิเศษชำนาญการพิเศษ
กองบริหารการคลัง กรรมการ
๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
- ๓.๑ จัดซื้อ ค้ำหวกรอเร็ว (high Speed handpiece Quick Connect Type) ระบบ self-generating LED จำนวน ๖๖ เครื่อง ประกอบด้วย
- (๑) นายกิตติคุณ บัวบาน ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลแม่ระมาด เขตสุขภาพที่ ๒ กรรมการ
- (๒) นางสาวหริญญา หริตานนท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
โรงพยาบาลพบพระ เขตสุขภาพที่ ๒ กรรมการ
- (๓) นายทศพล มณีธร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เขตสุขภาพที่ ๒ กรรมการ
- ๓.๒ จัดซื้อ ค้ำหวกรอพื้นที่มีระบบป้องกันการไหลย้อนกลับของสิ่งสกปรก จำนวน ๓๐ เครื่อง ประกอบด้วย
- (๑) นางสาวปายณ์ ประมกุล นายแพทย์ ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลปทุมธานี เขตสุขภาพที่ ๔ กรรมการ
- (๒) นางสาวมกายวรรณ กรอบสนธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ
โรงพยาบาลปทุมธานี เขตสุขภาพที่ ๔ กรรมการ
- (๓) นายวินัย ไอสถจันทร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรรมการ
โรงพยาบาลปทุมธานี เขตสุขภาพที่ ๔ กรรมการ
- (๔) นางสาวพันธ์พิศา ตุงรงค์เรืองรังษ์แสงตา ทันตแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรรมการ
- (๕) นางสาววิญญา แยมสว่าง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรรมการ
- (๖) นายวุฒินันท์ อรรถพิชน ผู้ช่วยทันตแพทย์ กรรมการ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรรมการ
- (๗) นางสาวปิยะพร สุกุลกรกิจ ทันตแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรรมการ
- (๘) นางสาวนภารัตน์ เจริญทรัพย์นันท์ ทันตแพทย์ชำนาญการ กรรมการ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรรมการ
- (๙) นางสาวอัญชลี รางวัด ผู้ช่วยทันตแพทย์ กรรมการ
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรรมการ
- (๑๐) นางญาณิศา ศรีศิลป์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรรมการ
- (๑๑) นางสาววิดา วรรณเสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรรมการ
- (๑๒) นางสาวสิริกร เสนามนตรี เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรรมการ

/๓.๓ เครื่องดูด...

๓.๓ จัดซื้อ เครื่องตุลละอองนอกช่องปาก จำนวน ๑๔ ชุด ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| (๑) นางสาวชุติพร เกิดทิพย์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| | โรงพยาบาลปัตตานี เขตสุขภาพที่ ๑๒ | |
| (๒) นางสาวสุธา หวานแก้ว | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลยะรัง เขตสุขภาพที่ ๑๒ | |
| (๓) นายนิเวศ บุญญโส | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลปัตตานี เขตสุขภาพที่ ๑๒ | |
| (๔) นางประภาวรรณ เขาวะวนิช | นายแพทย์เชี่ยวชาญ | ประธานกรรมการ |
| | สถาบันโรคผิวหนัง | |
| (๕) นางสาวสมใจ ฉันทวรลักษณ์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| | สถาบันโรคผิวหนัง | |
| (๖) นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| | สถาบันโรคผิวหนัง | |

๓.๔ จัดซื้อ เครื่องดูดน้ำลายนอกช่องปาก จำนวน ๖ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| (๑) นางวิทยาพร เทศศรีเมือง | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | |
| (๒) นางชไมพร ธรรมอักษร | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | |
| (๓) นายณัฐกร แซ่เหง่า | ทันตแพทย์ชำนาญการ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี | |
| (๔) นางญาณิศา ศรีศิลป์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | |
| (๕) นางสาววิยดา วรรณเสน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | |
| (๖) นางสาวสิริกร เสนามนตรี | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | |

๓.๕ จัดซื้อ เครื่อง Diode Laser สำหรับทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| (๑) นางญาณิศา ศรีศิลป์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | |
| (๒) นางสาววิยดา วรรณเสน | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | |
| (๓) นางสาวสิริกร เสนามนตรี | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | กรรมการ |
| | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | |


๓.๖ เครื่อง Diode Laser สำหรับทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| (๑) นางญาณิศา ศรีศิลป์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| | โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี | |

/ (๒) นางสาววิยดา...

(๒) นางสาววิยดา วรรณเสน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	กรรมการ
(๓) นางสาวสิริกกร เสนามนตรี	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี	กรรมการ
๓.๗ จัดซื้อ Motor suction จำนวน ๗๖ เครื่อง ประกอบด้วย		
(๑) นายรักษพงษ์ เวียงเจริญ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เขตสุขภาพที่ ๕	ประธานกรรมการ
(๒) นายนิคม มะลิตอง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี เขตสุขภาพที่ ๕	กรรมการ
(๓) นายอิทธิพล เสียรถาวร	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพุทธมณฑล เขตสุขภาพที่ ๕	กรรมการ
(๔) นายทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เขตสุขภาพที่ ๘	ประธานกรรมการ
(๕) นายสันติ ศรีนิล	นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๖) นางสาวอัปสร วงษ์ศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๗) นายทรงพล แสงงาม	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ ๘	ประธานกรรมการ
(๘) นางสาวอลิสา ประทุมทอง	ทันตแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๙) นางสาวจิตร์ภักตรา จันลาโสม	นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสกลนคร เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๑๐) นางกรรณิการ์ วามานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๑๑) นางนิตยา บุตรประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๑๒) นายประหยัด รูปคม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เขตสุขภาพที่ ๘	ประธานกรรมการ
(๑๓) นายสุรชัย สุตรสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๑๔) นางเปรมฤดี ราขิวงศ์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๑๕) นายเอกวัฒน์ ศรีภูมิสวัสดิ์	นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเลย เขตสุขภาพที่ ๘	ประธานกรรมการ
(๑๖) นายชินกร สุจิมงคล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเลย เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ

/(๑๗) นางกรัณทษา...



-๕-

(๑๗) นางกรัณทชา สุธาวา	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๑๘) นายวัชรพงษ์ หอมวุฒิวังศ์	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เขตสุขภาพที่ ๘	ประธานกรรมการ
(๑๙) นางสาวโมหิณี นาคสาร	นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองคาย เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๒๐) นางนงเยาว์ ท้าวพรม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหนองคาย เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๒๑) นายภิตติคุณ ชัยเจริญ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เขตสุขภาพที่ ๘	ประธานกรรมการ
(๒๒) นางเกสร พัวเหล็ก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองบัวลำภูเขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๒๓) นางสาวปิ่นทิพย์ จันทร์สุคนธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๒๔) นายวรมะ สุขพาสันติ	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๒๕) นายพิเชษฐ อัครพัทธางกูร	ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๒๖) นายอภิศักดิ์ จรัสเมธาทิพย์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เขตสุขภาพที่ ๘	ประธานกรรมการ
(๒๗) นางสาวพุทธธิพร ตั้งพุทธสิริ	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ
(๒๘) นางจุฑารัตน์ สุริยกาญจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบึงกาฬ เขตสุขภาพที่ ๘	กรรมการ

๓.๗ จัดซื้อวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม High power suction tip พลาสติก จำนวน ๑๕ ชิ้น

ประกอบด้วย

(๑) นางสาวอภินันท์ บัวเหลือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะเร็็งลำปาง	ประธานกรรมการ
(๒) นายชุตินพงศ์ หาญยุทธ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็็งลำปาง	กรรมการ
(๓) นางสาววรัญญา สมฤทธิ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็็งลำปาง	กรรมการ

จึงเรียนมา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ และวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๗,๑๘๑,๘๘๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๒. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) คณะกรรมการสืบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยใช้บันทึกนี้แทนคำสั่งต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางสาวเนตรนภา แสนปลื้ม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

17 ๑๐.๖๖

เรียน ประธานคณะกรรมการมูลนิธิกรมการแพทย์
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสมคิด ปานทอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

๑ นายสมคิด ปานทอง
[Signature]

(นายสมศักดิ์ อวรรณศิลป์)
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิกรมการแพทย์
๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

nel
(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
คณะกรรมการมูลนิธิกรมการแพทย์
๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) มลนิธิกรมการแพทย์ โทร. ๒๕๕๐ ๖๒๐๘
ที่ มกพ. ๓๔๑ /๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุรุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน
๗ รายการ และวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ

เรียน ประธานคณะกรรมการมลนิธิกรมการแพทย์

ตามหนังสือมลนิธิกรมการแพทย์ ที่ มกพ. ๒๘๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) คุรุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ
และวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล
(Healthcare Facilities Preparedness) นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุรุภัณฑ์การแพทย์ด้าน
ทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ และวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ เรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
คุรุภัณฑ์การแพทย์ด้านทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ และวัสดุการแพทย์ด้านทันตกรรมจำนวน ๑ รายการ
ตามที่เสนอต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสุนา โพธิ์ศรีทอง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวรัศมี เกศสุวรรณรักษ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุทธิศักดิ์ สุทธิบุตร)

คุณลักษณะเฉพาะ
มอเตอร์ดูดน้ำลาย

วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ในงานบริการทันตกรรม
คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นมอเตอร์ที่ใช้ได้กับยูนิตทำฟันทั่วไป
2. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220-240 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. เป็นมอเตอร์ระบบ High Volume Suction เป็นแบบ ใบพัดเหวี่ยงทำให้เกิดแรงดูด (แบบไม่ใช้น้ำร่วม) ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 0.58 kw. ที่ 50 Hz.
2. มีใบพัด 3 ชุด มีลักษณะการใช้งานดังนี้
ชุดที่ 1 เป็นชุดหลักที่ทำให้เกิดแรงดูดไม่น้อยกว่า 170 mBar ที่ 4 ลิตรต่อนาที
ชุดที่ 2 เป็นชุดที่ทำหน้าที่ปั่นแยกน้ำและน้ำลายออกจากลมที่ดูดมาพร้อมกัน ป้องกันน้ำไม่ให้ผ่านเข้าไปพัดหลักและมอเตอร์
ชุดที่ 3 เป็นชุดที่ทำหน้าที่ปั่นน้ำลายที่ดูดมา ออกสู่ท่อและระบบน้ำทิ้งภายนอก
3. มีตระแกรงรองชนิดหยาบในท่อดูดป้องกันเศษวัสดุเข้าไปทำอันตรายใบพัดในระบบดูด และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
4. มีระบบป้องกัน ตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์มีผิดปกติ และมีอุณหภูมิสูงมากจนอาจเกิดเป็นอันตราย
5. ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการดูดลดลง
6. Motor Suction ติดตั้งภายในตู้ครอบ
7. มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ ในกรณีนำเข้าจากต่างประเทศต้องแนบสำเนาใบอนุญาตการนำเข้าจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์(อ.ย.) ดังรายการที่เข้าข่ายเครื่องมือแพทย์ดังนี้
 1. Motor suction
8. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในระดับสากล เครื่องมือแพทย์ EN ISO 13485
9. บริษัทผู้นำเข้าและติดตั้งต้องมีระบบบริหาร การบริการหลังการขายที่มีคุณภาพสากล ISO 9001:2015 และ ISO 13485:2016

รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ

มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

